





Manometer-afsluitkraan Serie MSC04



Constructie	Manometer-afsluitkraan met aftapboring resp. met testflens
Aansluiting	Tappen/draaibare mof G1/4"...G1/2"
Materialen	Huis en plug messing, Draaiknop Polypropyleen
Medium	Niet-giftige en niet-brandbare vloeistoffen en gassen, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-10...+50°C
Bedrijfsdruk	zie tabel
Toepassingsinstructie	Manometers moeten worden aangesloten met vlakke afdichtingen volgens DIN16258.







A	F	L1	L2	S1	max. Bedrijfsdruk [bar]	Materiaal	Norm	Testflens	Gewicht [kg]	Type
G1/2"	62	87	62	27	25	Messing	-	-	0,37	MSC04-12-B



A	F	L1	L2	S1	max. Bedrijfsdruk [bar]	Materiaal	Norm	Testflens	Gewicht [kg]	Type
G1/2"	62	87	36	27	25	Messing	-	60x25mm	0,49	MSC04-12-B-6



Hendelstand

			
Ontluchtingsstand	Bedrijfsstand	Uitblaasstand	Testpositie
Toevoerleiding gesloten Drukmeter buiten bedrijf	Toevoerleiding open Drukmeter onder druk	Toevoerleiding open Drukmeter buiten bedrijf	alleen bij kraan met testflens

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden